

Tabla 24.- Predicción mediante reflectancia en el infrarrojo cercano de la digestibilidad in vivo de la materia orgánica de ensilados de hierba y raigrás italiano, obtenida separadamente por los laboratorios 3 y 4.

	Laboratorio 3	Laboratorio 4
--	---------------	---------------

Conjunto de calibración:

Media	65,8	67,8
Desviación típica	7,2	7,3
n	150	148
SEC	2,58	2,53
R ²	0,87	0,87
SECV	3,45	2,98

Conjunto de validación:

Media	64,2	68,3
Desviación típica	6,3	6,1
n	50	49
R ²	0,79	0,79
SEP	3,01	2,33

SEC = Error estándar de calibración

SECV = Error estándar de validación cruzada

SEP = Error estándar de predicción

Nota:

Se obtiene muy buen resultado.

Ambos laboratorios 3 y 4, trabajando por separado con casi las mismas muestras en su totalidad, llegan a lo mismo.